

日立恒温恒湿槽（227L）仕様書

		形 式 名 (● 印)					
系 列		HH (-20～+100℃)		MH (-40～+100℃)		MHH (-40～+150℃)	
標 準 仕 様	●	EC-26HHP			EC-26MHP		EC-26MHHP
選 配 仕 様							
選 配 仕 様		EC-26HHPS			EC-26MHPS		EC-26MHHP S

注・選配装置追加仕様、在別張紙選配部品細項選取。

項 目			仕 樣		
系 列			HH	MH	MHH
性 能	温湿度檢出方式		乾湿球方式		
	温度範圍		-20～+100℃	-40～+100℃	-40～+150℃
	湿度範圍		20～98%RH		
	温湿度變動幅	+100℃ 以下	±0.3℃／±2.5%RH		
		+100.1℃ 以上	—		±0.5℃
	室內温湿度分布 最大差異	+100℃ 以下	3℃／±10%RH		
		+100.1℃ 以上	—		5.0℃
	空間溫濕度偏差	+100℃ 以下	1.5℃／±5%RH		
		+100.1℃ 以上	—		3.0℃
	温度變化速度	下降	1.5℃/分 (從 88℃ 到 -8℃)	2℃/分 (從 86℃ 到 -26℃)	2℃/分 (從 131℃ 到 -21℃)
		上昇	3.0℃/分 (從-8℃ 到 +88℃)	3℃/分 (從-26℃ 到 +86℃)	3℃/分 (從-21℃ 到 +131℃)
	温度極值到達時間 *3(無負荷.無試料)	下降	45 分以內 (從+20℃ 到 -20℃)	60 分以內 (從+20℃ 到 -40℃)	60 分以內 (從+20℃ 到 -40℃)
		上昇	30 分以內 (從+20℃ 到 100℃)	30 分以內 (從+20℃ 到 100℃)	50 分以內 (從+20℃ 到 150℃)
試驗室内容積			227 L		
試驗室寸法 （寬×深×高）			630mm× 400mm×900mm		
製品寸法 （寬×深×高）			1030mm×770mm×1695mm		
構 成 材 質	外 装	試驗室・控制盤 機械室	不鏽鋼板（SUS430）		
	內 装		不鏽鋼板（SUS304 2B 磨光）		
	断熱材	試驗室	硬質合成樹脂		
			—		玻璃綿
		門	硬質合成樹脂		
		—		玻璃綿	

項 目			仕 樣		
系 列			HH	MH	MHH
冷却除湿装置	冷却方式		渦旋式单段压缩冷凍方式		
	冷媒		R 4 0 4 A		
	压缩机	出力(台数)	0.6kW (1)	0.75kW (1)	
	冷却兼除湿器		多通路混合散热片式		
	凝縮器		多通路混合散热片式 (空冷式)		
加热器	形式		镍铬耐热合金加热器		
	容量		1.8kW		
加湿器	形式		SUS316L 製表面蒸発式加湿器		
	容量		1.8kW		
送風機	形式		多通路混合散热片式 (空冷式)		
	電動機容量		40W		
給水装置	給水筒	水質**	導電率 10μS/cm 以下		
		容量	10 L × 1 個		
	給水方式	加湿盤	重力式		
		濕球灯芯盤	重力式		
控制器	温度設定範圍		-22.0～+102.0℃	-42.0～+102.0℃	-42.0～+152.0℃
	湿度設定範圍		0～98%RH (但乾球温度 10～85℃)		
	時間設定範圍		0～999 時間 59 分 (程式設定型式) 0～20000 時間 59 分 (定值型式)		
	設定分解能		温度 0.1℃，湿度 1%RH，時間 1 分		
	指示精度		温度±0.8℃ (typ.)，湿度±1%RH (typ.)，時間±100PPM		
	運轉型式		定值或程式運轉		
	階段数		20 階段 / 1 程式		
	程式数		入力 (R A M) 程式数 最大 32 程式 内蔵 R O M 程式数 最大 13 程式		
	往返数		最大 98 回或者無限		
	往返重複数		最大 3 重		
	檢出端		Pt 100Ω (at 0℃)，等級 B (JIS C 1604-1997)		
	控制動作		時分割 PID 動作		
	内蔵機能		早送機能，待機機能，設定值保持機能，停電保護機能， 復電動作選択機能，運轉保持機能，程式運轉往返機能， 時間予約機能，時間信號出力機能，過昇過冷防止機能， 異常表示機能，外部警報出力機能，設定範圍表示機能， 運轉型式選択機能，積算運轉時間表示機能，槽内灯点灯・消灯機能 週期除霜機能，加湿延遲機能		

項 目		仕 樣		
系 列		HH	MH	MHH
控制盤	裝備機器	液晶操作面板（對話型入力接觸面板方式），USB 接口(Type A) 表示灯（電源，運転，異常），試料電源制御端子，外部警報端子， 時間信號出力端子，電源線接続口，RS-232C 介面		
保安置置	冷凍循環	過負荷保護裝置，高圧遮断裝置		
	加熱器	溫度過昇防止裝置，溫度保險絲		
	加濕器	空焚防止裝置，加濕盤水位調節器		
	送風機	過負荷保護裝置		
	控制盤	電源用漏電遮断器，保險絲（加熱器、加濕器用）， 保險絲（操作回路用），溫度過昇防止裝置（試料用）， 溫度過昇過冷防止裝置（試料用，微電腦内蔵）		
付属品（台数）		棚受（4），棚板（2），濕球灯芯（15），操作説明書（1） Cable 用軟矽膠栓(1)，Cable 用樹脂蓋		
裝備品	觀測窓	耐熱玻璃 270mm×190mm		1 個
	電纜孔	内径 50mm		1 個
	槽内灯	LED		1 個
	輪子			4 個
	水平調整			4 個
電氣特性	電源 *	交流 三相 380V 50 Hz		
	最大負荷電流	10A		
	電源用漏電遮断器容量	20A		
		感度電流 30mA		
	電源配線粗度	2mm ²		
		橡皮絕緣軟管		
	接地線粗度	2mm ²		
配管	排水管 *	Rc1/2		
製品重量		235kg	260kg	

補充說明:

1・運轉可能範圍周圍溫度 0～40℃、電源電壓 定格±10%以內。

2・性能


- (1) 無負荷、無試料
- (2) 電源電壓 定格±5%以內
- (3) 周圍溫度 5～35℃

場合在 J T M K 0 9 規格為基準值。但、

- (I) 溫度降下時間、上昇時間、周圍溫度 23℃加濕且沒有水場合。
(這個時候溫度斜率不是直線)
- (II) MT，MTHシ系列的溫度範圍下限值、周圍溫度 5～30℃可能到達。
- (III) 溫度分布的檢出端在槽內的中心及各角落共計 9 点、溫度分布的測定点根據下表。


系 列	HH	MH	MHH
測 定 点 (計 4 点)	-20℃，100℃ 30℃/30%RH 85℃/98%RH	-40℃，100℃ 30℃/30%RH 85℃/98%RH	-40℃，150℃ 30℃/30%RH 85℃/98%RH
	-20℃或-40℃，100℃或 150℃的湿度不受控制不記錄。		

3・溫度到達時間 (請參照下圖參)、分別到各個通過設定溫度的時間、通過後的過衝、過降的徘徊時間不以計算。



- 4・對於溫濕度的上昇、下降時溫度變化斜率、冷凍機的起動或停止時以及控制切換時曲線會有多少混亂的場面出現。
- 5・程式運轉時 Step 每一個運轉條件變更得場合以及、定值運轉中利用手動方式變更運轉條件的場合、控制切換時溫濕度會有多少混亂的場面出現。

5・溼度控制範圍、請參考下圖。



(注1) 上圖中、 表示可能控制的範圍。

但、周圍溫度 5~35°C、電源電壓 定格±5%以內、在無負荷的狀況下。

(注2) 乾球溫度 40°C 以下的低溫領域，冷却除濕器容易節霜、因此連續運轉時間會有所限制。

6・客戶端需準備的方面，如下:

* 6.1: 電源..... 電源配線，接地線不付。請客戶端準備、以便連接。

* 6.2: 純水(加濕用)....請準備供給水，(水桶)的水質、導電率 10μS/cm 以下的純水。

* 6.3: 排水配管.....會有加濕皿內高溫的水排的場合、請使用耐熱用的配管

7・最大負荷電流、周圍溫度 23°C、電源電壓 380V 表示。

8・不含突起部份製品尺寸及試驗室尺寸に突起部分。

